# Nitrilhandschuhe Dermatril, puderfrei

**Länge: 24 cm (9,5"), Größe: 8,0**

## Zusammenfassung

- Material: Nitril
- Farbe: Blau
- Beidhändig tragbar
- Puderfrei
- Latexfrei
- AQL-Wert (Acceptable Quality Level): 0.65
- Texturierte Fingerspitzen
- Hervoragender Tragekomfort
- Einfache Wandstärke 0,11 mm (Mittelfinger)
- Gute **Chemikalienbeständigkeit**
- Verpackung: zu je 100 Stück verpackt (Spenderbox)

## Reinraumklassen

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| GMP | | | | | | D | |

**ap-engineering GmbH**
**Halskestraße 10**
**D-72766 Reutlingen**

**Telefon: +49 7121 / 1453-210**
**Fax: +49 7121 / 1453-289**
**www.reinraum-shop.de**
**shop@reinraum-shop.de**

# Dermatril® 740

## Einsatzgebiete

- Labor und Forschung
- Chemische Industrie
- Lebensmittelindustrie
- Elektronikindustrie
- Computerindustrie
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten
- Produktschutz

## Eigenschaften und Vorteile

- Einmalschutzhandschuh
- sehr hohes Tastempfinden
- hervorragender Tragekomfort
- erhöhte Reißfestigkeit
- verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
- gute Chemikalienbeständigkeit
- anschmiegsame Passform

| | |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | **740** |
| **Name** | Dermatril® 740 |
| **Material** | Nitril |
| **Variante** | Rollrand, Fingerkuppen geraut, ungepudert |
| **Länge in mm** | 240 - 260 |
| **Schichtstärke in mm** | 0,11 ± 0,03 |
| **Farbe** | blau |
| **Größe** | 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| **Einstufung** | Kategorie III<br>EN 374 EN 374 |

## Besonderheiten

- AQL < 0,65
- naturlatexfrei
- beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
- virenbeständig nach ASTM F 1671:2007
- silikonfreie Handschuhoberfläche (Lackindifferenz, Automobil-Test-Verfahren)
- Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung
- Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004
- FDA-zertifiziert
- Dieser Handschuh erfüllt folgende Anforderungen der EN 455:

| | |
|---|---|
| EN 455-1:2001-01 | komplett |
| EN 455-2:2011-05 | komplett |
| EN 455-3:2007-03 | 5.3 Proteine, extrahierbar |
| EN 455-4:2009-12 | 5.2 beschleunigte Bestimmung der Haltbarkeitsdauer |

Der Handschuh ist kein Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG.

- geprüft nach EN 388 (mechanische Risiken): 0 0 0 0
- ANTISTATIK gute Ableitfähigkeit

ap-systems GmbH
Lembergstraße 54
D-72766 Reutlingen

Telefon: +49 7121/69689-60
Telefax: +49 7121/69689-89
Email: info(at)ap-systems.de
Internet: www.ap-systems.de